蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位:西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期: 112/09/02

檢驗員:林盈汝

對照組(支):14

首支酵素活性(abs):122

	樣品來源	檢驗品項 (規格/註		AChE抑制	工作概況及含毒蔬 果處理情形		
編號			初驗			複驗	
		記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	7N/20-11/71/7
1	廖〇〇	黃秋葵		8			
2	洪〇〇	花胡瓜		20			
3	洪〇〇	絲瓜		14			
4	謝〇〇	扁蒲		3			
5	洪〇〇	茄子		4			
6	洪〇〇	蕃茄		4			
7	謝〇〇	甜椒(彩色 種)		23			
8	謝〇〇	甜椒(彩色 種)		7			
9	洪〇〇	玉米(白玉 米)		4			
10	趙〇〇	甘藍		8			
11	趙〇〇	小白菜		1			
12	張〇〇	小白菜		6			
13	廖〇〇	小白菜		7			
14	曾〇〇	小白菜		3			
15	王〇〇	小白菜(蚵仔 白)		4			
16	廖〇〇	小白菜(蚵仔 白)		8			
17	張〇〇	小白菜(蚵仔 白)		12			
18	鄭〇〇	小白菜(蚵仔 白)		13			

19	張〇〇	小白菜(蚵仔 白)	6		
20	李〇〇	小白菜(蚵仔 白)	11		
21	趙〇〇	小白菜(蚵仔 白)	6		
22	蔡〇〇	小白菜(蚵仔 白)	6		
23	王〇〇	小白菜(蚵仔 白)	17		
24	蔡〇〇	包心白菜	15		
25	洪〇〇	包心白菜	11		
26	王〇〇	青江白菜	9		
27	程〇〇	青江白菜	4		
28	張〇〇	青江白菜	7		
29	張〇〇	青江白菜	6		
30	廖〇〇	青江白菜	5		
31	廖〇〇	青江白菜	13		
32	普○○	青江白菜	13		
33	曾〇〇	蕹菜	6		
34	張〇〇	蕹菜	2		
35	廖〇〇	蕹菜	7		
36	謝〇〇	萵苣菜	15		
37	王〇〇	萵苣菜	5		
38	曾〇〇	萵苣菜	1		
39	洪〇〇	萵苣菜(結球 萵)	11		
40	張〇〇	芥藍菜	14		
41	王〇〇	芥藍菜	7		

42	蔡〇〇	芥藍菜	4		
43	謝〇〇	油菜	6		
44	王〇〇	油菜	5		
45	蔡〇〇	油菜	2		
46	趙〇〇	油菜	6		
47	曾〇〇	油菜	7		
48	廖〇〇	油菜	20		
49	廖〇〇	油菜	1		
50	廖〇〇	油菜	5		
51	廖〇〇	油菜	4		
52	張〇〇	油菜	4		
53	鄭〇〇	油菜	4		
54	洪〇〇	油菜	5		
55	張〇〇	油菜	3		
56	程〇〇	油菜	10		
57	李〇〇	油菜	13		
58	王〇〇	甘藷葉	5		
59	洪〇〇	芫荽	13		
60	張〇〇	九層塔	5		
61	廖〇〇	香菇	7		
62	詹〇〇	香菇	3		
63	詹〇〇	金針菇	15		
64	詹〇〇	杏鮑菇	12		

65	廖〇〇	杏鮑菇	11		
66	廖〇〇	鴻禧菇	5		
67	詹〇〇	其他菇類	2		
68	王〇〇	蘿蔔	4		
69	李〇〇	胡蘿蔔	8		
70	廖〇〇	馬鈴薯	4		
71	鄭〇〇	馬鈴薯	9		
72	洪〇〇	洋蔥	3		
73	魏〇〇	洋蔥	5		
74	李〇〇	洋蔥	8		
75	李〇〇	青蔥(紅蔥頭)	10		
76	魏〇〇	青蔥(紅蔥頭)	11		
77	蕭〇〇	韭菜	3		
78	魏〇〇	大蒜(蒜頭)	4		
79	魏〇〇	大蒜(蒜頭)	3		
80	李〇〇	大蒜(蒜頭)	4		
81	謝〇〇	竹筍	5		
82	曾〇〇	竹筍	8		
83	謝〇〇	芋頭	26		
84	廖〇〇	豆薯	16		
85	洪〇〇	甘藷(臺農57 號)	4		
86	謝〇〇	甘藷(臺農57 號)	7		
87	謝〇〇	甘藷(臺農66 號)	3		

88	洪〇〇	甘藷(臺農66 號)	11		
89	魏〇〇	#曲	3		
90	李〇〇	益	4		
91	魏〇〇	薑(嫩薑)	12		
92	廖〇〇	薯蕷	17		
93	廖〇〇	薯蕷	19		
94	洪〇〇	櫛瓜	7		

單位主管:

檢驗員:林盈汝

備註: 1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

- 2、抑制率(%) = (對照組吸光值 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 \times 100
- 3、 AChE抑制率判定標準及處理方式:
 - (1)0-34% (≤34.5)者:合格。
 - (2) 35-44% (≤ 44.5) 以上者:通知供應單位延期採收與改善,並對農民進行用藥追蹤教育。
- (3) $4\,5\,\%$ (> $4\,4\,.\,5$)以上者:停止交易或銷毀,必要時由供應單位切結後,將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以

化學法複驗,並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表10